

JJF/1126-2004超声波测厚仪标准试块又称为测厚仪试块、测厚仪厚度块、超声测厚校准块、计量院标准块、国标测厚仪试块是检测超声波测厚仪准确性的专用标准块。

标准测厚试块

检测依据：GB/T23905-2009

材质	45#
数量	17件
公称尺寸(mm)	形位公差(国标)
Φ20	±0.10
0.5	±0.01
1	±0.01
1.2	±0.01
1.5	±0.01
2	±0.01
3.3	±0.01
5.5	±0.01
7.7	±0.01
10	±0.01
15	±0.01
20	±0.02
25	±0.02
50	±0.02
75	±0.02
100	±0.05
150	±0.05
200	±0.05
(//)	<0.005
Ra	≤0.4um

标准圆管试块

检测依据：GB/T23905-2009

标准编号：JJF/1126-2004

公称尺寸(mm)	形位公差(国标)
Φ30	±0.05
40	±0.05
2	±0.02
(//)	<0.03
Ra	≤0.4um

标准圆管试块

检测依据：GB/T23905-2009

标准编号：JJF/1126-2004

公称尺寸(mm)	形位公差(国标)
Φ40	±0.05
40	±0.05
3	±0.02
(//)	<0.03
Ra	≤0.4um